



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Публичное акционерное общество «Саранский приборостроительный завод»

Основной государственный регистрационный номер: 1021301063464.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности:  
430030, Россия, город Саранск, улица Васенко, дом 9; номер телефона: 8(8342)29-65-18;  
адрес электронной почты: spz-metrolog@saranskpribor.ru

**в лице** Генерального директора Егорова Игоря Владимировича

**заявляет, что** Приборы для измерения и регулирования температуры: датчики-реле температуры ТАМ-102С, ТАМ-103С. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4812-145-00227471-2012 «Датчики-реле температуры ТАМ-103С», ТУ 4218-144-00227471-2012 «Датчики-реле температуры ТАМ-102С»

**изготовитель:** Публичное акционерное общество «Саранский приборостроительный завод».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 430030, Россия, город Саранск, улица Васенко, дом 9.

**Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 9032 89 000 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний № 25 от 23.03.2017, № 26 от 12.04.2017 Испытательной лаборатории Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»; технических условий. Схема декларирования 1д.

**Дополнительная информация**


Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)».

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Срок службы датчика ТАМ-102С – 12 лет, срок службы датчика ТАМ-103С – 10 лет.

Срок хранения – 12 месяцев.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.07.2022 включительно.**

  
(подпись)



Егоров Игорь Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС № RU Д- RU.AT15.V.02073

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 12.07.2017