



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991  
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31  
E-mail: [info@gost.ru](mailto:info@gost.ru)  
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232  
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

11.09.2015 8222-PP/04

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

ГОСТ Р 8.740-2011

Генеральному директору  
НПФ «РАСКО»  
С.А. Золотаревскому

Россия, 125464, г. Москва,  
ул. Митинская, д. 12.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваше письмо от 12.08.2015 № СЗ/15-08-12 и сообщает следующее.

Согласно требованиям п.9.3.1.1 ГОСТ Р 8.740-2011 относятся к измерению только значения потери давления, соответствующие максимальному расходу газа в условиях эксплуатации, установленные фирмой-изготовителем и не распространяющиеся на весь диапазон измерения.

Учитывая вышесказанное, подтверждаем возможность применения для целей контроля перепада давлений на турбинных и ротационных расходомерах – счетчиках газа средств измерений с приведенной погрешностью не более 1,5%, при условии выбора диапазона измерения таким образом, что в точке, соответствующей максимальному расходу газа, относительная расширенная неопределенность не будет превышать 2,5%.

Начальник  
Управления метрологии



Р.А.Родин

Исп. Л.Г.Спахова,  
Тел. 499-236-64-53

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 19A860002002B00F549  
Кому выдан: Родин Роман Александрович  
Действителен: с 01.07.2015 до 01.07.2016