



РОССТАНДАРТ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии»

Государственный научный метрологический центр

ФГУП «ВНИИР»

Россия, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7 «а»
тел. (843) 272-70-62, факс (843) 272-00-32,
сайт: www.vniir.org e-mail: office@vniir.org
ОКПО 02567981, ОГРН 1021603623150, ИНН/КПП 1660007420/166001001

Исх.№ 3459/02-13
от «18» 11 20 14 г.

Главному инженеру –
ООО ЭПО «Сигнал»
Игнатову С.В.

факс (8453) 75-17-00
e-mail: office@eposignal.ru

На Ваш исх. № ПК-05/26 от 15.10.2014 сообщаю следующее.

Погрешность приведения измеренного объема газа к стандартным условиям блоками коррекции «ФЛОУГАЗ» и «ФЛОУГАЗ-Т» (с учетом погрешности вычислений 0,05%) равна 0,5%. В блоках коррекции предусмотрен PTZ-метод приведения объема к стандартным условиям. Следовательно, блоки коррекции «ФЛОУГАЗ» и «ФЛОУГАЗ-Т» соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.740-2011 и ГОСТ Р 8.741-2011.

Пункт 9.6.1 МИ 3082-2007 не распространяется на средства измерений давления, разности давлений и температуры, являющихся составными частями блоков коррекции.

С уважением,

Первый заместитель директора
по научной работе

В.А. Фафурин

Исп. Исаев И.А. (843) 272-11-24

